

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.

ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań,

Poznań, dnia 12.08.2022 r.

Dotyczy postępowania na
dostawę materiałów do sterylizacji

UCSIMS/382/6/22

Wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do treści SWZ:

Pytanie nr 1:

Dotyczy Część 10, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści testy Bowie Dick kompatybilne z przyrządem innym niż Compact-PCD. Wykonawca dostarczy 3 przyrządy posiadające kapsułę wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz rurkę z wysokiej wytrzymałości plastiku, wraz z pierwszą dostawą (przyrząd umożliwia wykonanie 500 testów).

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający dopuszcza test symulacyjny Bowie&Dick kompatybilny z przyrządem testowym typu COMPACT-PCD lub równoważnym, przy konieczności pełnej kompatybilności dostarczanych przyrządów z posiadany przez Zamawiającego sterylizatorem SECUREX HP MMM rok produkcji 2005 oraz UNISTERI MMM rok produkcji 2005.

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie równoważności zaproponowanych testów.

Pytanie nr 2:

Dotyczy wzoru umowy §7, ust. 1 pkt 2: Uprzejmie prosimy o wykreślenie zapisu „jednak nie mniej niż 60 zł”. W przypadku niewielkich zamówień taka kara będzie rażąco wysoka.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie przychyliła się do prośby i pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 3:

Pakiet 5 poz. 2

Prosimy o informację czy w przypadku opakowań np. a 750 ml podać w formularzu cenę za 1l czy 1op. i wycenić 350 op.?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Proponując opakowanie 750 ml wykonawca winien wycenić cenę jednostkową zaproponowanego opakowania oraz przeliczyć wielkość aby odpowiadała ona co najmniej wolumenowi wskazanemu w SWZ, w tym przypadku zamiast 350 op. x 1l. winien Wykonawca przeliczyć 467 op. x 750 ml

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie wymaga posiadania certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

Pytanie nr 5:

Dotyczy Części nr 11

Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wymaga spełnienia żadnego z zaproponowanych rozwiązań

Pytanie nr 6:

Dotyczy Części nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów kontroli skuteczności mycia w myjni, nieposiadających właściwości samoprzylepnych, spełniających jednocześnie pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.